

医政安発 0311 第 6 号
医薬安発 0311 第 1 号
令和 8 年 3 月 11 日

一般社団法人日本医療機器産業連合会会長
欧州ビジネス協会医療機器・IVD委員会委員長
一般社団法人米国医療機器・IVD工業会会長

} 殿

厚生労働省医政局地域医療計画課医療安全推進・医務指導室長
(公 印 省 略)

厚生労働省医薬局医薬安全対策課長
(公 印 省 略)

医療事故の再発防止に向けた警鐘レポート No. 5 の公表について

医療行政の推進につきましては、平素から格別の御高配を賜り厚く御礼申し上げます。
医療事故調査制度につきましては、平成 27 年 10 月から、医療事故が発生した医療機関において院内調査を行い、医療事故調査・支援センター（以下「センター」という。）において、その調査報告を収集し、整理・分析することで医療事故の再発防止につなげ、医療の安全を確保することを目的として実施されております。

また、センターは再発の防止に関する普及啓発を行うこととされており、今般、医療事故の再発防止に向けた警鐘レポート No. 5 として、「血管内治療時の大腿動脈穿刺に伴う後腹膜出血による死亡」（以下「レポート」という。）が公表されましたのでお知らせします。

貴職におかれましては、同様の事例の再発防止及び発生未然防止のため、レポートの内容を御確認の上、貴会会員等に対して周知をお願いします。

レポートにつきましては、センターのホームページ (<https://www.medsafe.or.jp/>) にも掲載されていますことを申し添えます。